PROVINCIA DEL CHUBUT PODER JUDICIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Te: 0280 4482331, int. 200 compras@juschubut.gov.ar Roberto Jones N° 75, Rawson Chubut.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

- Especificaciones técnicas y características del equipo solicitado el cual: Flat Panel Portable para radiografía general
- · ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DETECTOR Wifi:
- · Debe ser compatible con el equipo que tenemos actualmente: Dinar 500- MAF.
- · Detector de Alta Definición, robusto, delgado, especialmente diseñado para Radiología General. Pensado para su colocación definitiva dentro del Bucky mural o de mesa.
- El sistema de detección automática de radiación Auto Sensing AED, permite la utilización del detector en cualquier equipo de rayos x, sin conexión eléctrica alguna. Dimensiones externas: 460 (H) x 460 (V) x 15 (D) mm
- · Carga Máxima: 150Kg en toda su superficie, 100Kg carga puntual (área 4cm)
- · Sistema AED: detección automática de radiación (no necesita interface)
- · Sistema Wifi
- Batería recargable
- · OPCIONAL: Marco protector, CASE